

**SPRÁVA O ÚPLNEJ OPRAVNENEJ INŠPEKЦИИ ZHODY**  
**a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho**  
 **systému objemového prietoku (AMS-E SP3) zo Spekacieho pásu č. 3**  
**v prevádzke spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice**

Názov akreditovaného inšpekčného orgánu/  
oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)  
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia: EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice  
IČO: 35 957 239

Číslo správy: **03/126/2023**

Dátum: 3. 8. 2023

Prevádzkovateľ:

U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222

Miesto/lokality:

Vstupný areál U.S. Steel Košice, 044 54 Košice

Druh oprávnenej technickej činnosti: Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody  
automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových  
veličín podľa prílohy č. 9 písm. b) bodu 1, písm. c) bodu 1 a písm. d)  
bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Číslo zmluvy o kontrolnej činnosti :

AN307FL0001

Dátum zmluvy:

01/2021

Deň oprávnenej technickej činnosti:

**11.7.2023**

Osoba zodpovedná za oprávnenú  
kalibráciu a skúšku (vedúci technik)  
a inšpekciu zhody (inšpektor) podľa  
§ 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.  
o ochrane ovzdušia:

Ing. Gabriel Pereš, rok narodenia 1976  
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia  
zodpovednej osoby č. 27658/2016, zo dňa 18.5.2016

Správa obsahuje:

17 strán

4 prílohy

Účel oprávnenej technickej činnosti:

Úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška automatizovaného  
meracieho systému emisií a súvisiacich stavových veličín podľa § 14 ods. 2 písm. e) a § 14 ods. 3 vyhlášky  
MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

## SÚHRN

Prevádzka:	DZ Vysoké pece, Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice - Šaca VAR PCZ: 0301267
Čas prevádzky:	24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo podľa požiadaviek vysokých pecí, emisne jednorežimová, kontinuálne emisne ustálená
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:	Spekačný pás č. 3 (komín č. 202)
Merané zložky:	hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie: TZL, CO, NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> stavové a referenčné veličiny: kyslík, <b>objemový prietok</b> , teplota, tlak
Objekty inšpekcie zhody:	Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SP3

Objekt inšpekcie zhody:	Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SP3	
Výsledok inšpekcie:	Upozornenie na zhodu/nehodu / Meraná zložka	
Predpis <sup>1)</sup>	Súhrnná požiadavka <sup>2)</sup>	<b>objemový prietok</b>
Príloha č. 5, časť A, bod 4 písm. b)	platné normy, normatívne požiadavky <sup>3)</sup>	zhoda

<sup>1)</sup> Vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní.

<sup>2)</sup> Skrátené znenie, úplný platný text viď. príslušné ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní

<sup>3)</sup> Hodnotenie na základe výsledkov skúšok dodaných skúšobným laboratóriom.

Posudzovanie splnenia vybraných požiadaviek bolo vykonané na základe výsledkov skúšok a kalibrácií vykonaných skúšobným a kalibračným laboratóriom EnviroTeam Slovakia s.r.o. Košice. Tieto činnosti boli vykonané ako interná subdodávka pre inšpekčný orgán EnviroTeam Slovakia s.r.o. Košice, pričom úplné výsledky sú uvedené v prílohe č.1 a 2 tejto správy o inšpekcii zhody.

### Poučenie o platnosti upozornenia na zhodu/nehodu:

Správa o oprávnenej inšpekcii zhody, výsledky oprávnenej technickej činnosti a názor o zhode/nehode objektu oprávnenej inšpekcie zhody s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Laboratórium zodpovedá za všetky uvádzané informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Medzi údaje poskytnuté zákazníkovi patria hlavne informácie prevzaté z platnej dokumentácie, ktoré sú uvádzané v čl. 2 a 5 tejto správy.

Laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (čl. 7.8.2.2 normy STNEN ISO/IEC 17025).