

SPRÁVA O ÚPLNEJ OPRAVNENEJ INŠPEKCII ZHODY

a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových veličín (AMS-E SP1) zo Spekačieho pásu č. 1 v prevádzke spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice

Názov akreditovaného inšpekčného orgánu/
oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia: EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35 957 239

Číslo správy: **03/281/2023**

Dátum: 15. 1. 2024

Prevádzkovateľ:

U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222

Miesto/lokality:

Vstupný areál U.S. Steel Košice, 044 54 Košice

Druh oprávnenej technickej činnosti: Oprávnená skúška automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových veličín podľa prílohy č. 9 písm. c) bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Číslo zmluvy o kontrolnej činnosti :

AN307FL0001

Dátum zmluvy:

01/2021

Deň oprávnenej technickej činnosti:

20.11.2023

Osoba zodpovedná za oprávnenú kalibráciu a skúšku (vedúci technik) a inšpekciu zhody (inšpektor) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia:

Ing. Martin Gorás
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia
zodpovednej osoby č. 34806/2021 zo dňa 29.6.2021

Správa obsahuje:

18 strán

4 prílohy

Účel oprávnenej technickej činnosti:

Úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška automatizovaného meracieho systému emisií objemového prietoku podľa § 14 ods. 2 písm. e), § 14 ods. 3 a § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z.

SÚHRN

Prevádzka:	DZ Vysoké pece, Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice - Šaca VAR PCZ: 0301267
Čas prevádzky:	24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo podľa požiadaviek vysokých pecí, emisne jednorežimová, kontinuálne emisne ustálená
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:	Spekací pás č. 1 (komín č. 201)
Merané zložky:	stavové veličiny: teplota, objemový prietok (Qv)
Objekty inšpekcie zhody:	Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SP1

Objekt inšpekcie zhody:	Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SP1	
Výsledok inšpekcie:	Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka	
Predpis ¹⁾	Súhrnná požiadavka ²⁾	objemový prietok
časť A. bod 4 písm. b) 1. prílohy č. 5	platné normy, normatívne požiadavky ³⁾	zhoda
časť A. bod 4 písm. d) prílohy č. 5	správnosť, porovnávanie meranie so SRM ^{3) 4)}	zhoda

¹⁾ Vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

²⁾ Skrátené znenie, úplný platný text vid'. príslušné ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

³⁾ Určenie zhody na základe výsledkov skúšok dodaných skúšobným laboratóriom.

⁴⁾ Určenie zhody na základe výsledkov kalibrácie dodaných kalibračným laboratóriom.

Posudzovanie splnenia vybraných požiadaviek bolo vykonané na základe výsledkov skúšok a kalibrácii vykonaných skúšobným a kalibračným laboratóriom EnviroTeam Slovakia s.r.o. Košice. Tieto činnosti boli vykonané ako interná subdodávka pre inšpekčný orgán EnviroTeam Slovakia s.r.o. Košice, pričom úplné výsledky sú uvedené v prílohe č.1 a 2 tejto správy o inšpekcii zhody.

Poučenie o platnosti upozornenia na zhodu/nezhodu:

Správa o oprávnenej inšpekcii zhody, výsledky oprávnenej technickej činnosti a názor o zhode/nezhode objektu oprávnenej inšpekcie zhody s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Laboratórium zodpovedá za všetky uvádzané informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Medzi údaje poskytnuté zákazníkovi patria hlavne informácie prevzaté z platnej dokumentácie, ktoré sú uvádzané v čl. 2 a 5 tejto správy.

Laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (čl. 7.8.2.2 normy STNEN ISO/IEC 17025).